始業点検

- ・ZIO・Vitrea・REVORAS起動
- ・タオル・検査着交換
- ・清掃(寝台・インジェクター・ガントリー・クッション・コンソールetc)
- キャリブレーション(管球が冷えている場合のみ)
- ・ インジェクター動作確認
- ファントム撮影
- 件数カウント
- 造影剤補充

就業点検

- · ZIO・ Vitrea・REVORASシャットダウン
- ・タオル・検査着交換
- ・ 清掃(寝台・インジェクター・ガントリー・クッション・コンソールetc)
- 同意書確認
- 造影剤補充
- インジェクターチューブ補充
- ・インジェクター下のシート交換(破れていたり剥がれてる場合のみ)